

綾部市立病院医療技術部臨床検査科は、日本臨床衛生検査技師会/日本臨床検査標準協議会の精度保証施設認証を取得しています。

2014-2015年認証取得時の内部精度管理記録を示します。

内部精度管理 基本統計一覧

項目	平均値	SD	CV	管理試料(名称)	平均値	SD	CV	管理試料(名称)
TG	105.26	0.82	0.78	QAPトロールⅠ	254.24	1.78	0.70	QAPトロールⅡ
HDL-C	39.01	0.87	2.23	QAPトロールⅠ	86.11	1.99	2.31	QAPトロールⅡ
LDL-C	65.38	0.80	1.23	QAPトロールⅠ	115.87	1.69	1.46	QAPトロールⅡ
TC	114.48	0.92	0.80	QAPトロールⅠ	251.81	1.69	0.77	QAPトロールⅡ
GLU	93.34	0.87	0.93	QAPトロールⅠ	238.38	1.99	0.83	QAPトロールⅡ
CRE	1.04	0.01	0.67	QAPトロールⅠ	4.64	0.03	0.59	QAPトロールⅡ
UN	15.88	0.16	1.01	QAPトロールⅠ	41.94	0.36	0.80	QAPトロールⅡ
UA	5.06	0.04	0.83	QAPトロールⅠ	8.44	0.06	0.69	QAPトロールⅡ
AST	37.17	0.44	1.18	QAPトロールⅠ	105.95	0.83	0.78	QAPトロールⅡ
ALT	30.47	0.48	1.57	QAPトロールⅠ	96.71	0.91	0.94	QAPトロールⅡ
GGT	26.28	0.69	2.63	QAPトロールⅠ	91.00	0.96	1.01	QAPトロールⅡ
CK	144.22	2.14	1.48	QAPトロールⅠ	349.94	3.03	0.87	QAPトロールⅡ
ALP	238.16	3.25	1.36	QAPトロールⅠ	474.75	5.52	1.16	QAPトロールⅡ
LD	160.96	1.82	1.13	QAPトロールⅠ	400.09	3.37	0.84	QAPトロールⅡ
AMY	97.07	0.94	0.97	QAPトロールⅠ	227.12	1.98	0.87	QAPトロールⅡ
ChE	247.06	2.16	0.87	QAPトロールⅠ	357.27	2.69	0.75	QAPトロールⅡ
Na	130.05	0.57	0.44	ISEトロールⅠ	149.57	0.60	0.40	ISEトロールⅡ
K	3.95	0.04	0.97	ISEトロールⅠ	5.96	0.04	0.74	ISEトロールⅡ
Cl	88.91	0.47	0.53	ISEトロールⅠ	111.73	0.47	0.42	ISEトロールⅡ
Ca	9.33	0.08	0.85	QAPトロールⅠ	12.61	0.10	0.81	QAPトロールⅡ
ALB	3.28	0.02	0.71	QAPトロールⅠ	4.65	0.04	0.88	QAPトロールⅡ
TP	5.07	0.03	0.67	QAPトロールⅠ	7.28	0.05	0.62	QAPトロールⅡ
TBIL	0.98	0.01	0.97	QAPトロールⅠ	3.85	0.03	0.88	QAPトロールⅡ
IP	3.59	0.04	1.37	QAPトロールⅠ	7.29	0.09	1.23	QAPトロールⅡ
Fe	100.78	0.86	0.86	QAPトロールⅠ	203.75	1.32	0.65	QAPトロールⅡ
CRP	0.88	0.04	3.14	セロトロールⅠ	4.80	0.11	2.27	セロトロールⅡ
HbA1c	5.59	0.05	0.89	グリコHbコントロールⅠ	10.83	0.08	0.73	グリコHbコントロールⅡ
RBC	437.00	2.10	0.50	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	437.80	2.16	0.49	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)
WBC	6.89	0.10	1.46	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	6.94	0.12	1.67	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)
Hb	12.30	0.05	0.44	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	12.34	0.06	0.49	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)
Ht	36.54	0.27	0.74	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	36.44	0.34	0.92	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)
PLT	21.18	0.42	2.00	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	21.00	0.42	1.99	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)
MCV	83.72	0.52	0.64	e-CHECKLevelⅡ (マニュアル)	83.24	0.52	0.62	e-CHECKLevelⅡ (クローズド)

注:単位省略可